

2025 年 10 月 9 日

お客様各位

株式会社エー・アンド・デイ
代表取締役執行役員社長 森島 泰信

「ポータブル吸入器 Misty」自主回収に関するお詫びとお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社が製造販売業者として取扱い、2025 年 9 月 1 日よりピジョン公式オンラインショップにて販売しております「ポータブル吸入器 Misty（ミスティ）」において、内蔵ソフトウェアの不具合により、オートオフ機能が正常に作動しない事象が確認されました。

当該製品は、医療機器認証基準を満たしていないことが判明したため、弊社では自主回収を実施することといたしました。

本件により、当該製品をご使用のお客様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後は再発防止に向けて、法令遵守の徹底および品質管理体制の強化に努めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

対象製品の情報等につきましては下記のとおりでございます。

記

1. 対象製品の情報等

一般的名称： 家庭用超音波吸入器

販売名： ポータブル吸入器 Misty

医療機器認証番号：307AHBZX00012000

JAN コード：4902508274708

製造番号：SN B250600001 ～ SN B250602520

数量：2520 台

弊社出荷時期：令和 7 年 8 月 18 日

販売業者の名称：ピジョン株式会社

製造販売業者の名称：株式会社エー・アンド・デイ

製造業者の名称（国名）：HEALTH & LIFE CO., LTD.（台湾）、
HEALTH & LIFE MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（ベトナム）

2. 健康被害の報告

現時点で健康被害の報告はありません。

3. 連絡先

連絡先：株式会社エー・アンド・デイ 品質管理室 品質保証課 岸 聡明

埼玉県北本市朝日 1-2 4 3 電話番号：048（593）1651

本件の詳細につきましては、下記をご参照いただけますようお願いいたします。

<https://www.aandd.co.jp/safety/misty-20251009.pdf>

以上