

2025 年 12 月 1 日

お客様各位

株式会社エー・アンド・デイ

2025 年度 経済産業省における計量法家庭用特定計量器の試買調査の結果に関するお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、経済産業省における計量法家庭用特定計量器の試買調査において、弊社製品の体組成計（型名：UC-421BLE）に下記不適合の報告がありましたこととお知らせいたします。

記

1. 試買調査 不適合の概要

（1）表示に関する不適合

該当製品 : 1 台（製造番号：5200500065）

内容 : 取扱説明書および個装箱の「計量精度」の表記に誤りがありました。

調査結果 : 表示の不適合箇所はすでに修正済みです。

（2）器差に関する不適合

該当製品 : 1 台（製造番号：5200400696）

内容 : 75 kg 荷重時、許容差 ± 0.10 kg のところ+0.16 kg となり、許容差を超えていました。

調査結果 : 弊社在庫品の精度を確認したところ、異常は確認されませんでした。

2. お問い合わせ先

お客様相談センター

TEL : 0120-887-592

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

お問い合わせフォーム：<https://www.aandd.co.jp/support/contactus/hhc.html>

既にご使用のお客様におかれましては、そのままご使用いただけます。

今後は再発防止に万全を期してまいりますので、引き続きご高配を賜りますようお願い申し上げます。

以上