検定申請書別紙（自動捕捉式はかり用）　1/2

作成日：2024年10月1日　　申請者：北本太郎

Ⅰ．検定申請書

項目		確認	項目		確認
1. 検定受付番号		□	4. 特定計量器区分		
2. 申請日	2024年9月1日	□	新品・修理品・既使用品	新品	□
3. 申請者情報			5. 現地検定希望日		
住所	埼玉県北本市朝日1-243	□	第1希望	2024年12月1日	□
氏名（法人名）	株式会社エー・アンド・デイ	□	第2希望	2024年12月2日	□
代表者氏名(法人の場合)	森島　泰信	□	第3希望	2024年12月3日	□

Ⅱ．顧客・事業所情報

項目		確認	項目		確認
1. 連絡担当者	北本 太郎	□	4. 適正計量管理事業所の確認	適正計量管理事業所以外	□
2. 部署	品質保証室	□	届出提出		□
3. 電話番号	048-XXX-XXX	□			

Ⅲ．自動捕捉式はかり仕様

項目		確認	項目		確認
1. 新規・既使用	新規はかり	□	17. 荷重搬送システムの最大速度	50 m/min	□
2. 製造事業者	株式会社A&Dマニュファクチャリング	□	18. 計量コンベヤ長	350 mm	□
3. 機種（モデル）	AD4963-3K-2035	□	19. 計量コンベヤ幅	200 mm	□
4. 製造年	2024 年	□	20. 電源電圧	AC100/200 V	□
5. 製造番号	XXXXXXXX	□	21. 電源周波数	50/60 Hz	□
6. 型式承認番号	AC233	□	22. 温度範囲	0～40 ℃	□
7. カテゴリ	X	□	23. 動補正の範囲	無	□
8. カテゴリ分類	自動重量選別機	□	24. 風袋引き装置	プリセット	□
9. 精度等級（等級指定係数）	XIII (1)	□	25. 印字装置	無	□
10. 目量の種類	単目量	□	26. 本体以外の表示装置	無	□
11. ひょう量	3000 g	□	27. ソフトウェア識別(Ver.)	XX.XX.XX	□
12. 実目量	g	□	28. 1.～27.以外の内容が銘板に記載されている場合、全て以下に記載		□
13. 最小測定量	140 g	□			
14. ひょう量	g	□			
15. 実目量	g	□			
16. 最小測定量	g	□			

Ⅳ．設備・検定実施に関わる情報

項目		確認	項目		確認
1. 建物名・ライン名・設備No.等	充填包装ライン	□	3. コンベヤガイド	有	□
2. 前後の設備	有	□	4. 計量器操作者の準備	済	□
前段側	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ	□	5. ハンドリング者の準備	済	□
後段側	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ	□	6. 試験荷重の供給・取出し場所	有	□
一体型・分離型	分離型	□	7. 管理はかり使用場所（コンセント）	有	□

検定申請書別紙（自動捕捉式はかり用） 2/2

V. 入所・入室情報

項目		確認	項目		確認
1. 事前提出書類（作業員名簿等）	無	□	6. 測定値のビデオ撮影	可	□
2. 無塵衣の準備	必要	□	7. 台車の持込	可	□
3. 上履きの準備	必要	□	8. 入所教育	有	□
4. ヘルメットの準備	不要	□	時間	0.5 時間	□
5. PC,プリンタ,筆記用具等持込	可	□			

VI. 使用条件・試験荷重

項目			確認	項目			確認
1. 使用条件				5. 平衡安定性試験（静止計量はかり）	不要		□
検定実施レンジ			□	6. 最大風袋量	g		□
ひょう量	3000	g	□	7. 動補正機能	未使用		□
実目量		g	□	動補正範囲下限値	g		□
最小測定量	140	g	□	動補正範囲上限値	g		□
検査目量	1.00	g	□	8. 準備する試験荷重			
使用最大速度	30	m/min	□	最小測定量	150.0	g	□
使用最大動作速度	85	個/min	□	検査速度	30	m/min	□
2. 試験荷重	下限	上限		公差の変わり目1	500.0	g	□
表示計量範囲(g)	150	1000	□	検査速度	30	m/min	□
プリセット風袋値(g)	0	10	□	公差の変わり目2	g		□
使用計量範囲(g)	150	1010	□	検査速度	m/min		□
名称	ボトルA	ボトルB	□	最大測定量	1010.0	g	□
種類	固体	固体	□	検査速度	30	m/min	□
形状	ボトル	ボトル	□	偏置試験	g		□
寸法(mm) W	60	120	□	検査速度	m/min		□
L	60	120	□	動補正範囲内下限	g		□
H	60	120	□	検査速度	m/min		□
φ	60	120	□	動補正範囲内上限	g		□
3. 緩和措置(計量範囲、速度)	適用		□	検査速度	m/min		□
4. 偏置試験	不要		□	試験荷重を各2個以上準備してください			



VII. 確認事項

項目		確認	項目		確認
1. 検定合格証明書の発行	必要	□	4. 検定実施予定日		□
2. 取扱説明書（他社品の場合）	無	□	5. 検定の中立性・公平性		□
3. 計量データ取得方法	USBメモリ	□			

VIII. 追加確認事項・備考

A&D申請確認者：　　確認日：